

**SỞ Y TẾ GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA**

Số: 166/ CV-TTYT

V/v: mời chào giá Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm bổ sung năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đak Doa, ngày 27 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.¹

Trung tâm Y tế huyện Đak Doa, tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm bổ sung năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đak Doa, tỉnh Gia Lai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Nông Lê Trung – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT.

SĐT: 0934969977

Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 146 Wừu – Thị trấn Đak Doa – Huyện Đak Doa – tỉnh Gia Lai.

- Nhận qua Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 27/11/2024 đến trước 15h00 ngày 06/12/2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/12/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

(phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đak Doa, tỉnh Gia Lai– (146 Wừu – Thị trấn Đak Doa – Huyện Đak Doa – tỉnh Gia Lai.)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng. Trong đó:

¹ Đối với gói thầu mua thuốc: hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế; trên cơ sở yêu cầu chuyên môn, chủ đầu tư quyết định các nội dung kỹ thuật và tổ chức lấy báo giá. Chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của chủ đầu tư hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Công dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công. Trường hợp có từ 02 báo giá trở lên, chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá bao đảm công khai, minh bạch. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bao đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bản phả giá hoặc năng khống giá.

Hàng tháng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, Trung tâm sẽ gửi dự trữ danh mục, số lượng từng mặt hàng đã trúng thầu cần cung cấp cho nhà thầu trúng thầu. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đặt hàng của Trung tâm, Nhà thầu có trách nhiệm giao đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng hàng tại kho của Trung tâm.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị từng đợt nghiệm thu hợp đồng.
- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu theo từng đợt. Trung tâm sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TTYT.
- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



BS. Vũ Chí Hằng

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số 966/TM-TTYYT ngày 27/11/2024 của Trung tâm)

STT	Danh mục	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Số lượng
1	Que nước tiểu combi 11 ts	Que thử nước tiểu 11 TS dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Analyticon.	Test	Analyticon Biotechnologies GmbH/ Đức	600
2	Phim X Quang 20x25	- Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging Technology) - PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước và chống ẩm. - Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Sản xuất tại Châu Âu	Hộp	Agfa-Gevaert N.V/ Bỉ	10
3	Giấy siêu âm UPP 110S	Cuộn giấy in nhiệt chuyên dụng dùng cho các loại máy siêu âm chuẩn đoán y khoa. Kích thước 110mm x 20m.	Cuộn	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd/ Trung Quốc	10
4	Giấy điện tim 3 cần 63x30	Giấy điện tim 3 cần. Kích thước 63mmx30m	Cuộn	Tele-Paper (M) Sdn. Bhd/ Malaysia	10
5	Gel siêu âm	Gel siêu âm vô khuẩn, không gây mẫn cảm hoặc rát da, đa dạng màu sắc, bao gồm màu xanh và trắng, phù hợp với nhu cầu và sở thích đa dạng của người dùng.	Thùng	Usasen / Việt Nam	8
6	Test nhanh HbsAg	"Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên vỏ HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 6cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,9%. - Độ chính xác ≥ 99,85%. - Ngưỡng phát hiện: 1ng/ml - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất."	Test	Amvi / Việt Nam	500
7	Test nhanh HCV	"Phát hiện định tính kháng thể kháng	Test	Amvi / Việt	

		virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Qui cách test thử: (Ngang : 0.32cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy $\geq 99,8\%$. - Độ đặc hiệu $\geq 99,2\%$. - Độ chính xác $\geq 99,5\%$. - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất."		Nam	400
8	Test nhanh HIV	"Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy $\geq 99,8\%$. - Độ đặc hiệu $\geq 99,5\%$. - Độ chính xác $\geq 99,65\%$. - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất."	Test	Amvi / Việt Nam	450
9	Test Ma túy 4 trong 1	"Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy $\geq 99,8\%$.	Test	Amvi / Việt Nam	300

		- Độ đặc hiệu $\geq 99,6\%$. - Độ chính xác $\geq 99,7\%$. - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất."			
10	Anti A	- Thuốc thử nhóm máu Anti A	Lọ	Spectrum / Ai cập	2
11	Anti B	- Thuốc thử nhóm máu Anti B	Lọ	Spectrum / Ai cập	2
12	Phim X Quang nha + thuốc rửa	- Film chụp X-Quang Nha khoa, Film rửa liền ngoài sáng.	Hộp	Yes!Star/ Nhật Bản	2
13	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước	-Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước.	Cuộn	3M / Mỹ	5
14	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cỡ	- Bơm tiêm 5ml/cc vô trùng sử dụng 1 lần, không buốt, không độc và không gây sốt. - Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế.	Cái	MPV / Việt Nam	9.000
15	Bộ dây truyền dịch ECO sử dụng một lần kim cánh bướm	Dây truyền dịch kim cánh bướm được sử dụng để truyền dịch, nước hoặc thuốc vào tĩnh mạch cho bệnh nhân. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không có chất gây sốt.	Cái	MPV / Việt Nam	500
16	Dây nối bơm tiêm điện	Sử dụng để cung cấp dịch và thuốc vào hệ thống tuần hoàn của con người và để kéo dài độ dài của đường truyền tĩnh mạch. Kết nối với tất cả các loại máy bơm tiêm. - Chất liệu nhựa y tế PVC với khóa kết nối, khóa bảo vệ, ống chống xoắn. - Độ dài của dây nối là 75cm, 140cm hoặc 150cm.	Cái	Greetmed / Trung Quốc	10
17	Găng sản khoa đã tiệt trùng	- Sản xuất từ Latex cao su thiên nhiên chất lượng cao, có phủ bột chống dính. - Tay trái, tay phải riêng biệt.	Đôi	Regentox / Việt Nam	200

		- Đã tiệt trùng - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002), quản lý chất lượng theo ISO 13485:2016			
18	Gạc Vaseline MiloVas 201	Gạc được dùng trong trường hợp vết thương bị bỏng, da bị khô nứt, làm mềm mịn da. Sản phẩm giúp duy trì và dưỡng ẩm cho vết thương, giúp vết thương nhanh lành miệng và ngăn ngừa nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.	Miếng	Milopha / Việt Nam	400
19	Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng	Gạc y tế tiệt trùng được làm từ 100% sợi cotton tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Gạc đã tiệt trùng, đóng gói từng miếng để dành cho việc sử dụng và bảo quản. Kích thước: 5cm x 6cm x 8 lớp - 1 gói 10 miếng	Miếng	An Lành / Việt Nam	3.000
20	Kim khâu cứu vô trùng dùng một lần	Kim khâu cứu tiệt trùng dùng một lần được sử dụng trong liệu pháp khâu cứu	Cái	Khánh Phong / Việt Nam	18.000
21	Kim luồn tĩnh mạch số 24	-Kim luồn tĩnh mạch bao gồm 01 kim làm từ thép không gỉ và 01 ống nhựa mềm. - Kim Không chất DEHP Tiệt trùng bằng khí EO không độc không gây sốt Size 24G	Cái	Global Medikit Limited/ Ấn Độ	300
22	Lưỡi dao mổ các số	-Lưỡi dao có nhiều loại khác nhau, phục vụ cho mục đích thực hiện đường rạch dài hay ngắn, nông hay sâu.	Cái	Huaian Helen Medical Instrument Co., Ltd/ Trung Quốc	100
23	Nẹp gỗ 110cm	-Nẹp gỗ tay chân dài 110 cm	Cái	GB / Việt Nam	30
24	Nẹp gỗ 40cm	-Nẹp gỗ tay chân dài 40 cm	Cái	GB / Việt Nam	50
25	Nẹp gỗ 60cm	-Nẹp gỗ tay chân dài 60 cm	Cái	GB / Việt Nam	30
26	Nẹp gỗ 80cm	-Nẹp gỗ tay chân dài 80 cm	Cái	GB / Việt Nam	30
27	Đinh Kirschner nhọn 2 đầu (Đinh Kirschner các số	-Đinh Kirschner hai đầu nhọn các cỡ dùng trong phẫu thuật chỉnh hình.	Cái	Kirschner / Ấn Độ	20
	Tổng cộng:	27 danh mục			